

Új lehetőségek a zavarosság mérésben

Ismerje meg a B&C Electronics zavarosságmérőit:

TU810 In- Line mérő szonda(PVC)
TU820 In- Line mérő szonda(PVC)
TU8105 In- Line mérő szonda(PVDF)
TU8182 Merülő mérő szonda

TU7685 zavarosság monitor
TU7685.10 lebegőanyag monitor

TU810, TU820 és TU8105-höz



TU910 Átfolyó cella



Mérési tartományok:
4,000/400,0 NTU-40-4000 NTU
9,999/999,9 ppm-99,99/9999 ppm SiO₂
9,999/999,9 mg/l-99,99/9999 mg/l SiO₂

Manuális és automatikus nullpont kalibráció.
Automatikus tisztító rendszerrel.
Felhasználási területek:
Ivóvíz, szennyvíz és ipari vizek



Katalin Novum Kft. 2000 Szentendre, Szilva köz 1.

Tel.: 26-500 068 Fax: 26-309 427 email: info@katalin-novum.hu