

AQUACON LC-CL 45

Klór határérték figyelése

Alkalmazása

Vízkezelő, víztermelő, vízelőkészítő rendszerek és uszodák folyamatos figyelése és paramétereinek mérése .

Digitális relék segítségével mérés-irányítástechnikai rendszerek részévé integrálhatók.

A műszer, kolorimetriás jellegéből adódóan mentes a pH szondáknál megszokott problémáktól.

Műszaki jellemzők:

Műszer neve	AQUACON LC – CL 45
Méréstartomány	0,3..0,65 mg/l
Pontosság	a mért érték 5%-a
Minta nyomás hőmérséklet mennyiség (kb.) mintajellemző elfolyó	0,1 - 10 bar 5 - 30°C 25 ml / mérés (öblítés nélkül) tisztá, szűrt nyomásmentes
Reagensek db tárolási hőm. mennyiség/mérés (kb.) mennyisége	2 0 - 30°C 0,27 ml/reagens 250 ml
Mérés mérésidő (kb.) szünet	63 s 1 - 99 min



Rendelési információ

Modell	Kód	Rend.sz.
AQUACON LC – CL 45		
Reagens		Rend.sz.
Reagens 1	C1-R1001	121 0014 01
Reagens 2	C1-R1002	121 0008 01
Pumpakazetta	SK10	121 0037 01
Rendelhető kiegészítők:		Rend.sz.
Poliészter műszerszekrény ablakkal		125 0010 01
Szabályozócsap mintavételi helyhez		125 0014 01



Katalin Novum Kft. 2000 Szentendre,

Tel.: 26-500 068 Fax: 26-309 427 email: info@katalin-novum.hu