

# AQUACON LC-PH 75

## pH határérték figyelése

### Alkalmazása

Vízkezelő, víztermelő, vízelőkészítő rendszerek és uszodák folyamatos figyelése és paramétereinek mérése .  
Digitális relék segítségével mérés-irányítástechnikai rendszerek részévé integrálhatók.  
A műszer, kolorimetriás jellegéből adódóan mentes a pH szondáknál megszokott problémáktól.

### Műszaki jellemzők:

<b>Műszer neve</b>	AQUACON LC – PH 75
<b>Méréstartomány</b>	7,2..7,6 pH
<b>Pontosság</b>	a mért érték 5%-a
<b>Minta</b>	
nyomás	0,1 - 10 bar
hőmérséklet	5 - 30°C
mennyiség (kb.)	25 ml / mérés (öblítés nélkül)
mintajellemző	tiszta, szűrt
elfolyó	nyomásmentes
<b>Reagensek</b>	
db	1
tárolási hőm.	0 - 30°C
mennyiség/mérés (kb.)	0,27 ml
mennyisége	250 ml
<b>Mérés</b>	
mérésidő (kb.)	63 s
szünet	1 - 99 min



### Rendelési információ

Modell	Kód	Rend.sz.
AQUACON LC – PH 75		
<b>Reagens</b>		<b>Rend.sz.</b>
PH 75	PH 75	101 3175 01
Pumpakazetta	SK10	121 0037 01
<b>Rendelhető kiegészítők:</b>		<b>Rend.sz.</b>
Poliészter műszerszekrény ablakkal		125 0010 01
Szabályozócsap mintavételi helyhez		125 0014 01



Katalin Novum Kft. 2000 Szentendre, Szilva köz 1.

Tel.: 26-500 068 Fax: 26-309 427 email: [info@katalin-novum.hu](mailto:info@katalin-novum.hu)